



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Av. VIII, nº 50 - Bairro carre - CEP 33.045-090 - Santa Luzia - MG
Sala 42

RESPOSTA

Resposta ao esclarecimento

Pregão Eletrônico SRP Nº 018/2025

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento eventual ou futuro de curativos

I – PRELIMINARMENTE

Trata-se solicitação de esclarecimento e retificação de Termo de referência apresentado pela empresa Soma SP Hospitalar, pessoa jurídica de direito privado.

A empresa Soma SP Hospitalar fez o seguinte apontamentos conforme descrito abaixo:

“Vimos através deste solicitar esclarecimento referente ao item abaixo:

Item 12- Bota de Una: Será aceito sem vasilina”

A equipe da Secretaria Municipal de Saúde analisou o requerimento apresentado e a resposta é **negativa**, pelos seguintes motivos:

A aplicação de vaselina na pele perilesão durante a utilização da bota de Unna é uma prática recomendada, considerando que pacientes com úlcera venosa frequentemente apresentam ressecamento cutâneo ao redor da lesão. Esse ressecamento compromete a barreira de proteção da pele, favorece o surgimento de fissuras, causa desconforto e aumenta o risco de complicações locais.

A vaselina atua como agente emoliente e oclusivo, auxiliando na hidratação da pele perilesão, reduzindo a perda de água transepidermica e contribuindo para a preservação da integridade cutânea. Assim, ainda que não seja aplicada diretamente sobre a área ulcerada, sua utilização no entorno da ferida constitui medida adjuvante essencial para:

- promover maior conforto ao paciente;
- prevenir o agravamento do ressecamento da pele;
- favorecer condições adequadas para o processo de cicatrização.

Dessa forma, justifica-se o não aceite do item sem a presença de vaselina, uma vez que sua ausência comprometeria a qualidade da assistência prestada e poderia trazer prejuízos à evolução clínica dos pacientes.

Cordialmente,



Documento assinado eletronicamente por **Soraia Aparecida Ferreira, Servidor Público**, em 08/09/2025, às 11:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.santaluzia.mg.gov.br/autenticidadesei> informando o código verificador **0229009** e o código CRC **A8AFE16E**.

Assunto: Solicitação de esclarecimento: PE 018/2025 - PREF DE SANTA LUZIA - 10/09/2025

De: "licitacao3.sp Soma SP Hospitalar" <licitacao3.sp@somahospitalar.com.br>

Data: 02/09/2025 16:20

Para: licitacoes@santaluzia.mg.gov.br

CC: "licitacao13.sp Soma SP Hospitalar" <licitacao13.sp@somahospitalar.com.br>

Prezados, boa tarde!

Vimos através desta solicitar esclarecimentos referente ao item abaixo:

Item 12 - Bota de Unna: Será aceito sem a vaselina?

Aguardamos retorno.

Atenciosamente



Everton R. da Silva

Assistente de Licitação

☎ (11) 4122-9800

📧 licitacao3.sp

✉ licitacao3.sp@somahospitalar.com.br

Política da Qualidade

Comercializar produtos para saúde e medicamentos, satisfazendo as necessidades dos nossos clientes, através do comprometimento com a melhoria contínua da eficácia do sistema de gestão da qualidade e com o atendimento aos requisitos.

