



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Av. VIII, nº 50 - Bairro carre - CEP 33.045-090 - Santa Luzia - MG
Sala 42

RESPOSTA

Prezados (as)

Em resposta ao questionamento, esclarecemos que as espumas com tiras termoseladas internas possuem estrutura que atua como canais no interior do curativo, conduzindo o exsudato para o centro da espuma e promovendo absorção vertical. Esse mecanismo direciona o líquido para o interior do curativo, evitando sua dispersão para as bordas, o que garante melhor controle do exsudato, proteção da pele perilesional contra maceração e maior tempo de permanência do curativo sem risco de extravasamento.

Na prática, essa tecnologia proporciona mais conforto ao paciente, maior segurança no tratamento e eficiência para a equipe de saúde, reduzindo a necessidade de trocas precoces. Ressalta-se ainda sua indicação em feridas de moderada a alta exsudação, como úlceras venosas e úlceras por pressão.

Diante do exposto, informamos que será mantido o descritivo do item conforme previsto no edital, considerando inclusive que o Município já adquiriu e utilizou este tipo de curativo de diferentes marcas.

Cordialmente;



Documento assinado eletronicamente por **Soraia Aparecida Ferreira, Servidor Público**, em 08/09/2025, às 15:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.santaluzia.mg.gov.br/autenticidadesei> informando o código verificador **0229470** e o código CRC **0BEEADDE**.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

PREGÃO ELETRONICO Nº 90018/2025 – ABERTURA: 10/09/2025

Bace Comércio Internacional Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 47.411.780/0001-26 e Inscrição Estadual nº 206.456.824.110, com sede na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Av. Copacabana, 325, Empresarial 18 do Forte, Barueri, São Paulo, vem, por intermédio de seu representante infra-assinado perante V. Sª, tempestivamente, solicitar **ESCLARECIMENTOS** referente às especificações dos itens 06 e 07 do Anexo I do edital supra, cujo objeto é aquisição de material, conforme abaixo esposado:

ITEM	MATERIAL
06	CURATIVO DE ESPUMA 10x10 - COBERTURA COMPOSTA POR ESPUMA DE POLIURETANO COM SILICONE, ESTERILIZADO, COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO VERTICAL, PROPORCIONA UM MEIO UMIDO IDEAL PARA O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO, SEM BORDA, COM TIRAS TERMOSELADAS ABSORVENTES. FACE SUPERIOR APRESENTA FILME DE POLIURETANO IMPERMEÁVEL À ÁGUA QUE MANTEM O AMBIENTE ÚMIDO, PERMITINDO AS TROCAS GASOSAS E SERVINDO DE BARREIRA CONTRA A INVASÃO DE BACTERIAS E OUTROS MICROORGANISMO. INDICADO PARA FERIDAS SEM RISCO DE INFECÇÃO. PODE FICAR ATÉ 7 (SETE) DIAS OU ATÉ SATURAÇÃO, DEPENDENDO DO QUE OCORRER PRIMEIRO. TAMANHO 10 CM X 10 CM. REGISTRO NA ANVISA OU MINISTÉRIO DA SAÚDE.
07	CURATIVO DE ESPUMA 15x15 - COBERTURA COMPOSTA POR ESPUMA DE POLIURETANO COM SILICONE, ESTERILIZADO, COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO VERTICAL, PROPORCIONA UM MEIO UMIDO IDEAL PARA O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO, SEM BORDA, COM TIRAS TERMOSELADAS ABSORVENTES. FACE SUPERIOR APRESENTA FILME DE POLIURETANO IMPERMEÁVEL À ÁGUA QUE MANTEM O AMBIENTE ÚMIDO, PERMITINDO AS TROCAS GASOSAS E SERVINDO DE BARREIRA CONTRA A INVASÃO DE BACTERIAS E OUTROS MICROORGANISMO. INDICADO PARA FERIDAS SEM RISCO DE INFECÇÃO. PODE FICAR ATÉ 7 (SETE) DIAS OU ATÉ SATURAÇÃO, DEPENDENDO DO QUE OCORRER PRIMEIRO TAMANHO 15 CM X 15 CM. REGISTRO NA ANVISA OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. UNIDADE.

1. DAS ESPECIFICAÇÕES

Ao proceder à análise do referido edital, percebemos que a forma como estão redigidos os itens acima limita a participação de empresas que comercializam os produtos com pequenas diferenças em sua composição, j aque solicita tiras termoseladas. Inclusive não encontramos curativo que atende essa especificação. Por gentileza, poderia informar o curativo que obteve base ao descritivo.

Por oportuno, a empresa **Bace Comércio Internacional Ltda.**, integrante do grupo **Paul Hartmann AG – Alemanha**, comercializa o curativo **PROXIMEL NON BORDER** na medida **10x10 cm para o item 6 e 15x15cm no item 7**, que consiste em um curativo de espuma com silicone composta por três camadas sendo elas: uma camada superior protetora em filme de poliuretano à prova d'água e permeável ao vapor, uma camada de espuma absorvente de poliuretano e uma camada perfurada de contato com a ferida em silicone. Desenvolvida para estimular o gerenciamento dinâmico de fluidos, a composição em três camadas do curativo proporciona um ambiente úmido ideal para a ferida, que promove uma cicatrização mais rápida e ajuda a reduzir o risco de maceração. O silicone presente na camada de contato com a ferida permite que a cobertura seja movido sem perder a aderência, e de forma atraumática. A cobertura pode ser recortável para uso no mesmo paciente.

Sendo assim, solicitamos a **autorização para participação**, considerando que a pequena diferença não compromete a eficiência do curativo nem trará prejuízos a esta douta instituição.

2. DO PEDIDO

Considerando todo o exposto, a recorrente requer, com supedâneo na Lei nº 14.133/21, bem como nas demais legislações vigentes, o recebimento, análise e admissão desta peça. Solicitamos também a autorização para participação no processo com os produtos supramencionados, em igualdade de condições, visando manter o princípio da ampla competitividade e economicidade previstas em Lei.

BARUERI, 04 DE SETEMBRO DE 2025.

Leticia Moraes

BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
LETICIA BATISTA MORAES
ANALISTA DE LICITAÇÃO
RG: 39.883.047-2
CPF: 482.155.618-96