

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE PRODUTOS

Nº 10/2025

Motivo: Aquisição de produtos para tratamento de feridas no município de Santa Luzia MG

Descritivo: Hidrogel estéril – cobertura a base de gel transparente, estéril, amorfo, de consistência coesa, composto de carboximetilcelulose e pectina, propilenoglicol e água purificada. Aproximadamente 30g, sem alginato. Embalagem deve conter data de fabricação e validade. Deve conter registro na ANVISA. Sem conservantes e que não ocasione ardência no leito da lesão.

Produto testado: Hidrogel amorfo com alginato

Tamanho: 25 gramas

Marca: Casex

Forma de avaliação: Análise da composição do produto enviado pelo licitante.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

1. Análise do descritivo


Conforme especificado no edital da licitação, o item em questão exige hidrogel estéril sem alginato. O produto apresentado pela empresa licitante trata-se de hidrogel com alginato, o que configura divergência direta com o descritivo técnico exigido.

2. Fundamentação técnica

O hidrogel sem alginato é indicado para feridas secas ou com exsudação mínima, pois mantém o ambiente úmido ideal para o processo de cicatrização sem absorver umidade. Já o hidrogel com alginato possui propriedades absorventes, devido à presença de sais de alginato de cálcio ou sódio, sendo mais apropriado para feridas com exsudato moderado. Essa diferença altera a indicação clínica e o mecanismo de ação do produto, não podendo ser considerado equivalente funcionalmente ao hidrogel puro. Assim, o envio de hidrogel com alginato não atende às especificações técnicas, podendo implicar em uso inadequado para os tipos de feridas previstas no atual processo, comprometendo a segurança e a eficácia do tratamento.

CONCLUSÃO

Diante da análise comparativa e das diferenças técnicas entre os produtos, conclui-se que o hidrogel com alginato não atende ao descritivo do edital, sendo incompatível com o item licitado. Dessa forma faz-se necessário a reprovação do produto apresentado pela empresa licitante, por não conformidade técnica com o descritivo do edital.



Gleicilaine Alves de Souza
Enfermeira Estomaterapeuta
COREN MG: 527044