

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE PRODUTOS

Nº 36/2025

Motivo: *Aquisição de produtos para tratamento de feridas no município de Santa Luzia MG*

Descritivo: Curativo de espuma 10x10 – Cobertura composta por espuma de poliuretano com silicone, esterilizado, com alta capacidade de absorção vertical, proporciona um meio úmido ideal para o processo de cicatrização, sem borda, com tiras termosseladas absorventes. Face superior apresenta filme de poliuretano impermeável à água que mantém o ambiente úmido, permitindo as trocas gasosas e servindo de barreira contra a invasão de bactérias e outros microrganismos. Indicado para feridas sem risco de infecção. Pode ficar até 07 (sete) dias ou até saturação, dependendo do que ocorrer primeiro. Tamanho 10cm x 10cm. Registro na Anvisa ou Ministério da Saúde.

Produto avaliado: Curativo de espuma de silicone

Tamanho: 10cm x 10cm

Marca: Gentle

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A ficha técnica enviada pelo licitante foi avaliada baseando-se no descritivo publicado no processo licitatório. Abaixo segue a comparação quanto às características exigidas no edital da licitação e das características do produto apresentado pela empresa:


- **Composição:** Espuma de poliuretano com camada de silicone, estéril: **ATENDE O DESCRITIVO**
- **Filme superior:** Permite respiração da pele e é impermeável à água: **ATENDE O DESCRITIVO**
- **Tempo de uso:** Pode permanecer até 7 dias: **ATENDE O DESCRITIVO**
- **Tamanho:** Apresenta tamanhos variados, sem especificar 10x10 cm: **ATENDE O DESCRITIVO**
- **Borda:** Possui borda adesiva: **ATENDE O DESCRITIVO**
- **Tiras termosseladas absorventes:** **NÃO MENCIONADAS.** Pela ficha técnica não é possível saber se o produto possui tiras termosseladas. Foi então realizada avaliação da amostra do produto e percebeu-se que não há a presença das tiras termosseladas, conforme exige o descritivo do edital.

FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA

Importância das Tiras Termosseladas na Espuma:

As tiras termosseladas têm função essencial no desempenho e qualidade dos curativos de espuma, pois:

1. Evita delaminação: As tiras unem as camadas internas, prevenindo que a espuma se desfaça ou se separe do filme de poliuretano, mantendo a integridade estrutural do curativo.
2. Controla a absorção: Direcionam o exsudato de forma uniforme, favorecendo a absorção vertical e



Gleicilaine Alves de Souza
Enfermeira Estomaterapeuta
COREN MG: 527044

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE PRODUTOS

Nº 36/2025

reduzindo o risco de maceração da pele perilesional.

3. Melhora o conforto e segurança: Aumenta a resistência do curativo, prevenindo vazamentos e deformações, o que proporciona conforto ao paciente e menor necessidade de trocas.

4. Assegura padronização e qualidade: A termosselagem é realizada por processo automatizado, garantindo espessura e absorção uniformes.


A ausência dessas tiras pode comprometer a eficiência da absorção e a estabilidade do curativo, tornando o produto tecnicamente inferior ao descrito no edital.

CONCLUSÃO

O Curativo de Espuma GENTLE, avaliado no presente laudo técnico, não atende integralmente ao descritivo da licitação, apresentando a seguinte inconformidade:

- Ausência de tiras termosseladas absorventes.

Dessa forma o produto deve ser **REPROVADO** por não atender integralmente às especificações técnicas do edital.



Gleicilaine Alves de Souza
Enfermeira Estomaterapeuta
COREN MG: 527044