

## LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE PRODUTOS

Nº 02/2026

**Motivo:** Aquisição de produtos para tratamento de feridas no município de Santa Luzia MG

**Descritivo:** Curativo de espuma 15x15 – Cobertura composta por espuma de poliuretano com silicone, esterilizado, com alta capacidade de absorção vertical, proporciona um meio úmido ideal para o processo de cicatrização, sem borda, com tiras termosseladas absorventes. Face superior apresenta filme de poliuretano impermeável à água que mantém o ambiente úmido, permitindo as trocas gasosas e servindo de barreira contra a invasão de bactérias e outros microrganismos. Indicado para feridas sem risco de infecção. Pode ficar até 07 (sete) dias ou até saturação, dependendo do que ocorrer primeiro. Tamanho 15cm x 15cm. Registro na Anvisa ou Ministério da Saúde.

**Produto avaliado:** Curativo de espuma Aquacel Foam Pro

**Tamanho:** 15cm x 15cm

### CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A ficha técnica enviada pelo licitante foi avaliada baseando-se no descritivo publicado no processo licitatório. Abaixo segue a comparação quanto às características exigidas no edital da licitação e das características do produto apresentado pela empresa:

- **Composição:** Espuma de poliuretano com camada de silicone, estéril: **ATENDE O DESCRITIVO**
- **Filme superior:** Permite respiração da pele e é impermeável à água: **ATENDE O DESCRITIVO**
- **Tempo de uso:** Pode permanecer até 7 dias: **ATENDE O DESCRITIVO**
- **Tamanho:** 15cm x 15cm: **ATENDE O DESCRITIVO**
- **Borda:** Possui borda adesiva: **NÃO ATENDE O DESCRITIVO – O edital exige “sem borda”**
- **Tiras termosseladas absorventes:** **NÃO MENCIONADAS.** Pela ficha técnica não é possível saber se o produto possui tiras termosseladas e não há descrição de tecnologia que garanta qualidade equivalente às tiras termosseladas.

### FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA

#### **Importância de não haver borda adesiva:**

O processo licitatório visa à aquisição de material para atendimento à diferentes tipos e dimensões de feridas e/ou de áreas do corpo de pessoas com alto risco de desenvolvimento de lesão por pressão (uma das indicações de uso da espuma de poliuretano). Dessa forma, a exigência por espuma sem borda, visa garantir a possibilidade de recorte do produto, uma vez que, diante da diversidade de dimensões de

Gleicilaine Alves de Souza  
Enfermeira Estomaterapeuta  
COREN MG: 527044

## LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE PRODUTOS

Nº 02/2026

feridas que são atendidas na rede municipal, em alguns casos, há necessidade de recorte da espuma para melhor adaptação à pele do paciente.

### **Importância das Tiras Termosseladas na Espuma ou tecnologia equivalente:**

As tiras termosseladas têm função essencial no desempenho e qualidade dos curativos de espuma, pois:

1. Evita delaminação: As tiras unem as camadas internas, prevenindo que a espuma se desfaça ou se separe do filme de poliuretano, mantendo a integridade estrutural do curativo.
2. Controla a absorção: Direcionam o exsudato de forma uniforme, favorecendo a absorção vertical e reduzindo o risco de maceração da pele perilesional.
3. Melhora o conforto e segurança: Aumenta a resistência do curativo, prevenindo vazamentos e deformações, o que proporciona conforto ao paciente e menor necessidade de trocas.
4. Assegura padronização e qualidade: A termosselagem é realizada por processo automatizado, garantindo espessura e absorção uniformes.


A ausência dessas tiras pode comprometer a eficiência da absorção e a estabilidade do curativo, tornando o produto tecnicamente inferior ao descrito no edital.

### **CONCLUSÃO**

O Curativo de Espuma AQUACEL FOAM PRO, avaliado no presente laudo técnico, não atende integralmente ao descritivo da licitação, apresentando as seguintes inconformidades principais:

1. Possui borda adesiva, enquanto o edital exige curativo sem borda.
2. Ausência de tiras termosseladas absorventes ou descrição de tecnologia equivalente.

Dessa forma o produto deve ser **REPROVADO** por não atender integralmente às especificações técnicas do edital.



**Glecilaine Alves de Souza**  
Enfermeira Estomaterapeuta  
COREN MG: 527044