

## LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE PRODUTOS

Nº 14/2025

**Motivo:** *Aquisição de produtos para tratamento de feridas no município de Santa Luzia MG*

**Descritivo:** Curativo de espuma com prata ou PHMB – Cobertura composta por espuma de poliuretano com ou sem silicone, esterilizado, com alta capacidade de absorção vertical, proporciona um meio úmido ideal para o processo de cicatrização, flexível, sem borda, não adesivo, recortável, com face superior da cobertura apresentando filme de poliuretano impermeável. Complexo de prata que se dispersa homogeneamente em toda matriz da espuma. Placa 15x15 cm.

**Produto testado:** Curativo Espuma Não Aderente com Prata SilverSoft

**Tamanho:** 10cm x 10cm

**Marca:** VitaMedical


**Forma de avaliação:** Ficha técnica do produto e observação da amostra enviada pelo licitante

### CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A amostra enviada pelo licitante, juntamente com sua ficha técnica, foram avaliadas baseando-se no descritivo publicado no processo licitatório. Percebeu-se que o produto apresentado pela empresa não atende ao descritivo quanto ao tamanho solicitado em edital: “Placa 15x15 cm”. Empresa licitante enviou amostra em tamanho 10x10cm e reiterou que não possui o tamanho exigido no edital para atender o município.

### CONCLUSÃO

O produto apresentado não atende às exigências técnicas do edital, configurando não conformidade, fazendo-se necessário sua reprovação na licitação.



Glecilaine Alves de Souza  
Enfermeira Estomaterapeuta  
COREN MG: 527044