

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE PRODUTOS Nº 29

Motivo: Aquisição de produtos para tratamento de feridas no município de Santa Luzia MG

Descritivo: Filme transparente – curativo adesivo, estéril ou não, composto de poliuretano, impermeável a líquidos e a microorganismos, recortável, hipoalergênico, com taxa de transmissão de vapor (MVTR) com valores entre 800g e 950/m²/24h. Tamanho aproximado de 15cmx10m (rolo transparente). Registro na Anvisa.

Produto testado: Filme de poliuretano Pharmafix Pu

Tamanho: 15cm x 10m

Serviço em que foi realizado o teste: Serviço de Atenção Domiciliar

Período de teste: 04/11/2025 a 08/11/2025

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO


Baseando-se nas indicações de uso do filme transparente de poliuretano Pharmafix Pu, conforme descrito em sua ficha técnica, e em estudo científico que descreve as características desse tipo de produto, estabeleceu-se como critério de avaliação:

1. Presença das características definidas no descritivo.
2. Capacidade de remoção atraumática do filme no momento de sua retirada da pele.
3. Ser impermeável a fluídos e secreções.
4. Ser permeável a gases e vapor.
5. Manter-se íntegro na pele por até 07 dias.
6. Hipoalergênico: não causar reação alérgica em mais de um paciente que não tenha histórico de alergias.
7. Facilidade de manuseio.

(SOUZA et al., 2013)

DESCRIÇÃO DO USO

A empresa participante da licitação enviou através do correio, em caixa lacrada, 01 unidade para amostra. Assim que o produto foi recebido na sede da prefeitura municipal, este foi encaminhado imediatamente ao serviço de saúde onde seria realizado o teste. Neste local, o filme foi armazenado em armário destinado à organização de materiais para curativo. Trata-se de local seco, arejado, livre de umidade e em temperatura ambiente, cumprindo assim todas as recomendações do fabricante em sua ficha técnica. Após 01 dia de armazenamento, o produto foi utilizado por profissional enfermeira nas seguintes situações: paciente do sexo feminino, 81 anos, acamada, apresentando lesão por pressão estágio 4, em região sacral,



Gleicilaine Alves de Souza
Enfermeira Estomaterapeuta
COREN MG: 527044

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE PRODUTOS Nº 29


em tratamento há 02 meses. Processo de cicatrização apresentando desfecho satisfatório nas últimas semanas com utilização de curativo de hidrofibra e oclusão com compressa estéril e filme de poliuretano transparente de marca diferente do presente teste, com trocas a cada 04 dias. Curativo foi realizado sob técnica asséptica, lesão atualmente em bom aspecto, medindo aproximadamente 05 centímetros de comprimento x 06 centímetros de largura x 03 centímetros de profundidade, leito 100% granuloso, sem odor, exsudato seroso em moderada quantidade, bordas e pele perilesão íntegras.

Antes da aplicação do produto, foi realizada higienização da lesão com solução fisiológica 0,9% em jato, limpeza das bordas e pele perilesão com antisséptico próprio para a pele e gaze estéril, preenchimento de cavidade com hidrofibra e oclusão com compressa estéril. O curativo foi então fixado com o filme Pharmafix que cobriu toda a compressa e mais 05 centímetros além do curativo. O filme foi aplicado sem tensão e alisado com a ponta dos dedos após o contato com a pele, em seguida foram removidas as camadas em pétalas. A cuidadora da paciente foi orientada quanto aos seguintes cuidados: manter oclusão da ferida em período integral, remover em caso de dor intensa ou reação alérgica.

Após 04 dias, foi realizada nova troca de curativo por profissional enfermeira, curativo realizado sob técnica asséptica. Realizada observação quanto ao alcance dos objetivos estabelecidos em critérios de avaliação da qualidade descritos neste documento, a fim de dar seguimento do processo licitatório municipal de Santa Luzia. Percebeu-se que o curativo manteve-se íntegro na região onde foi aplicado, o filme apresentava-se ainda bem aderido a pele. Foi realizada a remoção do mesmo sem dificuldades e após sua retirada a pele manteve-se íntegra e sem sinais de dermatites.

RESULTADOS

1. Presença das características definidas no descritivo: **APROVADO.**
2. Capacidade de remoção atraumática do filme no momento de sua retirada da pele: **APROVADO.**
3. Ser impermeável a fluídos e secreções: **APROVADO.**
4. Ser permeável a gases e vapor: **APROVADO.**
5. Manter-se íntegro na pele por até 07 dias: **APROVADO.**
6. Hipoalergênico: não causar reação alérgica em mais de um paciente que não tenha histórico de alergias: **APROVADO.**
7. Facilidade de manuseio: **APROVADO.**



Gleicilaine Alves de Souza
Enfermeira Estomaterapeuta
COREN MG: 527044

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE PRODUTOS Nº 29


CONCLUSÃO

Diantes dos resultados obtidos nesta avaliação, considera-se o filme de poliuretano Pharmafix **APROVADO** no atual processo licitatório.

REFERÊNCIAS

SOUZA, T. S. DE . et al.. Prevenção de úlceras por pressão no calcanhar com filme transparente de poliuretano. Acta Paulista de Enfermagem, v. 26, n. 4, p. 345–352, 2013.

PHARMAPLAST. Ficha técnica Pharmafix.



Gleicilaine Alves de Souza
Enfermeira Estomaterapeuta
COREN MG: 527044