



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  
Av. VIII, nº 50 - Bairro Carre - CEP 33.045-090 - Santa Luzia - MG  
Sala 42

**SMSA/COOSAD - COORDENADORIA SAD**

**COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 6310/2025-11**

Prezados, bom dia!

Para ciência,

Informo que o item 21, filme transparente de poliuretano estéril, 10x10 cm, precisou ser avaliado no Hospital Municipal Madalena Parrillo Calixto, pois este produto não se trata de curativo para feridas e sim para acesso venoso.

No momento, não há no Serviço de Atenção Domiciliar nenhum paciente com este tipo de acesso para utilizarmos este item. Tornando assim inviável a avaliação através do SAD.

Dessa forma, foi solicitado à equipe de enfermagem do HMMPC que avaliasse a qualidade do produto. Segundo informado pela coordenadora Juliana, o item atendeu à expectativa quanto à sua qualidade, mantendo-se íntegro e protegendo o acesso conforme esperado.

Sendo assim, a equipe do hospital informou que o produto pode ser aprovado no processo licitatório.

Qualquer dúvida, a informação pode ser verificada com a coordenadora de enfermagem do hospital.

Agradeço e coloco-me à disposição.

Santa Luzia, em 12 de novembro de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **Gleicilaine Alves de Souza, Enfermeira**, em 12/11/2025, às 08:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.santaluzia.mg.gov.br/autenticidadesei> informando o código verificador **0264430** e o código CRC **906738AE**.

