



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Santa Luzia, 19 de Março de 2026

CI 002-Manutenção Saúde/2026

A/C: Karolayne Tiengos da Costa Melo – Supervisão de contratos
De: Setor de manutenção da área de saúde

Referente: Avaliação de catálogos e propostas pregão 90006/2026

Segue abaixo respostas da avaliação das propostas e catálogos enviados referente ao pregão 90006/2026

Item 01: Aprovado

Item 02: Aprovado

Item 03: Necessária amostra para comprovação da qualidade do material

Item 04: Reprovado – Ficha Técnica cita padrão americano e no Termo de referencia foi solicitado padrão IEC

Item 05: Reprovado: Ficha Técnica não cita compatibilidade com a marca Bionet descrito no termo de referencia, também cita padrão americano e no Termo de referencia foi solicitado padrão IEC

Item 06: Aprovado

Item 07: Aprovado

Item 08: Reprovado - Ficha Técnica e proposta não cita compatibilidade com a marca Alfamed,, modelo Vitai 120 descrito no termo de referencia, necessário envio de catalogo

Item 09: Reprovado - Ficha Técnica e proposta não cita compatibilidade com a marca MD, modelo VS2000E descrito no termo de referencia, necessário envio de amostra para comprovação da compatibilidade



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Item 10: Reprovado – Foi enviado manual de instruções no ao invés do catálogo, com informações insuficientes para aprovação do Item

Item 11: Aprovado

Item 12: Aprovado

Item 13: Aprovado

Item 14: Reprovado: Catalogo não apresenta informações sobre item e imagem não identifica compatibilidade com cabo com terminais Neo pinch

Item 15: Aprovado

Item 16: Aprovado

Item 17: Aprovado

Item 18: Aprovado

Item 19: Aprovado

Item 20: Aprovado

Item 21: Aprovado

Item 22: Reprovado - Ficha Técnica e proposta não cita compatibilidade com a marca Alfamed,, modelo Vitai 120 descrito no termo de referencia, necessário envio de catalogo ou amostra

Item 23: Aprovado

Item 24: Aprovado

Item 25: Aprovado

Item 26: Aprovado

Item 27: Aprovado

Atenciosamente,

Moacir Teixeira de Souza Junior
Técnico Biomédico – Manutenção Saúde