



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Santa Luzia, 14 de janeiro de 2025

**AVALIAÇÃO CATÁLOGO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP - 032/24**

ITEM	MATERIAL	STATUS	FORNECEDOR
1.	ÁCIDO PERACETICO - SOLUÇÃO PARA DESINFECÇÃO QUÍMICA DE ALTO NÍVEL EM ARTIGOS SEMI CRÍTICO DE SAÚDE, CONCENTRAÇÃO DE 0,9% A 0,2% PARA PRONTO USO; AÇÃO RÁPIDA E EFETIVA EM DESINFECÇÃO. BIODEGRADÁVEL, ATÓXICO E PH ODOR LEVE; E QUE ACOMPANHA ANTICORROSIVO E FITA PARA TESTE PH. APRESENTAÇÃO GALÃO DE 5L.	Solicitamos envio da ficha técnica do produto para melhor avaliação do item	EPORT LTDA
2.	ALCOOL 70% SOLUÇÃO ALCOÓLICA A 70% (ÁCOOL 70% COM GLICERINA 2%). ÁLCOOL ETÍLICO INCOLOR; COM CHEIRO CARACTERÍSTICO; DESTINADO A DESINFECÇÃO DA PELE. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTAVÉL DE 100 ML LACRADO.	Aprovado. O catálogo apresentado atende às especificações contidas no edital.	G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES LIMITADA
3.	ALCOOL 70% SOLUÇÃO ALCOÓLICA A 70%. EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTAVÉL 500 ML.	Aprovado. O catálogo apresentado atende às especificações contidas no edital.	ROSILAN COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA
4.	ALCOOL 70% TIPO ETÍLICO; GRADUAÇÃO: 70 GRAUS; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTAVÉL 1 L.	Aprovado. O catálogo apresentado atende às especificações contidas no edital.	GLOBAL BRANDS COMÉRCIO LTDA
5.	ÁLCOOL GEL. GEL À BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO PARA HIGIENIZAÇÃO À 70%, COM AÇÃO ANTISSEPTICA, SEM ENXÁGUE, DESTINADO À ASSEPSIA DAS MÃOS. EMBALAGEM DE 500ML COM BICO DOSADOR (VÁLVULA PUMP).	Aprovado. O catálogo apresentado atende às especificações contidas no edital.	GLOBAL BRANDS COMÉRCIO LTDA
6.	BATERIA 3V LÍTIO CR2032 TIPO MOEDA EMBALAGEM CONTENDO NO MIMIMO 5 UNIDADES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DE FABRICANTE.	Aprovado. O catálogo apresentado atende às especificações contidas no edital.	IDEO LICITAÇÕES E COMÉRCIO
7.	BATERIA ALCALINA; CARTELA COM 1 UNIDADE; TAMANHO PADRÃO 9 VOLTS - 6LR61; CONFORME A RESOLUÇÃO 401/2008 DO CONAMA; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DE FABRICANTE. MARCAS DE REFERÊNCIAS: DURACELL, ENERGIZER E RAYOVAC.	Solicitamos envio da ficha técnica do produto para melhor avaliação do item	EPORT LTDA

8.	BOBINA PARA AUTOCLAVE - BOBINA PARA ESTERELIZAÇÃO COM INDICADORES QUÍMICO PARA USO PARA ESTERELIZAÇÃO VAPOR OU GÁS DE ÓXIDO ETILENO; ALTAMENTE RESISTENTE A TENSÕES DE MANIPULAÇÃO, BARREIRA MICROBIANA. APRESENTAÇÃO: ROLO 60CM X 100M.	Solicitamos envio da ficha técnica do produto para melhor avaliação do item	EPORT LTDA
9.	BOBINA PARA AUTOCLAVE - BOBINA PARA ESTERELIZAÇÃO COM INDICADORES QUÍMICOS PARA USO PARA ESTERELIZAÇÃO VAPOR OU GÁS DE ÓXIDO ETILENO; ALTAMENTE RESISTENTE A TENSÕES DE MANIPULAÇÃO, BARREIRA MICROBIANA. APRESENTAÇÃO: ROLO 25CM X 100M.	Solicitamos envio da ficha técnica do produto para melhor avaliação do item	EPORT LTDA
10.	BOBINA PARA AUTOCLAVE: BOBINA DE PAPEL TÉRMICO 57 MM X 15 M USADO NA IMPRESSORA DO AUTOCLAVE ORTOSISNTESE.	Solicitamos envio da ficha técnica do produto para melhor avaliação do item	EPORT LTDA
11.	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA , PARA EMBALAGEM TIPO TRANSPARENTE PRODUZIDO COM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE)100 % VIRGEM, PARA UNITARIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS 10.000 MEDINDO APROXIMADAMENTE 4,5 CM DE LARGURA E 10 CM DE COMPRIMENTO.	Solicitamos envio da ficha técnica do produto para melhor avaliação do item	EPORT LTDA
12.	BOBINA PLÁSTICA , PRODUZIDA EM PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE, O QUE DEIXA OS SACOS COM UMA MAIOR RESISTÊNCIA, CONFERINDO SEGURANÇA AO QUE FOR ARMAZENADO NO MESMO. TAMANHO APROXIMADO 50 CM X 70 CM X EMBALAGEM CONTENDO NO MINIMO DE 500 UNIDADES.	Solicitamos envio da ficha técnica do produto para melhor avaliação do item	EPORT LTDA
13.	DETERGENTE ENZIMÁTICO - LÍQUIDO CONCENTRADO; NÃO CORROSIVO; BASE: ÁLCOOL ISPROPÍLICO A 10%;COM NO MÍNIMO 03 ENZIMAS (LÍPASE,AMILSE E PROTEASE). TENSOATIVO NÃO IÔNICO, PH NEUTRO, NÃO IRRITANTE; BAIXA FORMAÇÃO DE ESPUMA; APRESENTANDO COR CLARA APÓS DILUIÇÃO. GALÃO COM NO MINIMO 5 L.	Aprovado. O catálogo apresentado atende às especificações contidas no edital.	48.758.151 BIANCA DE OLIVEIRA VIEIRA
14.	CIRCUITO PARA RESPIRADOR COMPLETO NEONATAL COMPATÍVEL COM RESPIRADOR PULMONAR MARCA DIXTAL, MODELO DX3012. KIT DE TRAQUÉIAS CORRUGADAS EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL, COM PAREDES INTERNAS LISAS.CONJUNTO CONTENDO 05 TRAQUÉIAS EM SILICONE; SENDO ELAS (4 TRAQUÉIAS 12 X 600 MM; 1 TRAQUÉIA 12x400MM, 02 DRENOS E 01 CONECTOR Y.	Reprovada. Após análise do catálogo, o produto apresentado está em desconformidade com o edital, em referência às medidas exigidas.	MASTERMED COMERCIAL LTDA
15.	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 7,5CMX7,5CM - COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, NÃO ESTÉRIL, C/ 8 CAMADAS E 5 DOBRAS, TAMANHO 7,5 X 7,5CM DOBRADA , 13 FIOS/CM², CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO, LIVRE DE IMPUREZAS E FIOS SOLTOS, APRESENTANDO PERFEITA UNIFORMIDADE ENTRE AS DOBRAS, SEM MANCHAS, EMBALADA EM PACOTE PLASTICO COM 500 UNIDADES.	Solicitamos envio de amostra física do produto para melhor avaliação do item	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA
16.	COMPRESSA GAZE HIDROFILA TIPO QUEIJO - COM DENSIDADE DE 13FIOS/CM², CONFECCIONADA COM	Solicitamos envio de amostra física do	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA

	FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COMPOSTA POR 3 DOBRAS E 8 CAMADAS, UNIFORMEMENTE ENROLADAS ENTRE SI, ALTAMENTE ABSORVENTE, ALVEJADA E ISENTA DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO COM PESO MÍNIMO DE 1,7KG.	produto para melhor avaliação do item	
17.	EMBALAGENS SMS PARA ESTERILIZAÇÃO DE NÃO TECIDOS 100% POLIPROPILENO 100 CM /100 CM, GRAMATURA ENTRE 40 E 60.	Solicitamos envio da ficha técnica do produto para melhor avaliação do item	MASTERMED COMERCIAL LTDA
18.	EMBALAGENS SMS PARA ESTERILIZAÇÃO DE NÃO TECIDOS 100% POLIPROPILENO 30/30CM., GRAMATURA ENTRE 40 E 60.	Solicitamos envio da ficha técnica do produto para melhor avaliação do item	EPORT LTDA
19.	EMBALAGENS SMS PARA ESTERILIZAÇÃO DE NÃO TECIDOS 100% POLIPROPILENO 75/75CM, GRAMATURA ENTRE 40 E 60,	Solicitamos envio da ficha técnica do produto para melhor avaliação do item	BEAGA HOSPITALAR LTDA
20.	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19 MM X 30 M. PAPEL CREPADO A BASE DE FIBRA DE CELULOSE, TINTA TERMORREATIVA E ADESIVO A BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINA . FUNCIONA COMO INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO. EMBALAGEEM INDIVIDUAL; COM ABERTURA EM PÉTALA.	Solicitamos envio da ficha técnica do produto para melhor avaliação do item	EPORT LTDA
21.	GEL PARA ECG HIDROSOLUVEL - HIPOALERGÊNICO, INODORO, BOA CONDUTIBILIDADE ELÉTRICA, INOCUO DOS ELETRODOS, ACONDICIONADOS EM FRASCO. DE 100 GR.	Aprovado. O catálogo apresentado atende às especificações contidas no edital.	CONECTAMED - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
22.	HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1%: HIPOCLORITO ESTÁ INDICADO PARA DESINFECÇÃO DE ALTO, MÉDIO E BAIXO NÍVEL, CONFORME CONCENTRAÇÃO E TEMPO DE CONTATO COM ARTIGOS E SUPERFÍCIES, PODENDO TAMBÉM SER UTILIZADO PARA DESCONTAMINAÇÃO. É UM AGENTE BACTERICIDA, VIRUCIDA, FUGICIDA, TUBERCULICIDA E DESTRÓI ALGUNS ESPOROS. APRESENTAÇÃO DE 5L ATENDIMENTO ÀS LEGISLAÇÕES VIGENTES PRODUTO DE USO INSTITUCIONAL/HOSPITALAR FICHA TÉCNICA PRESENTE; FISPQ PRESENTE.	Aprovado. O catálogo apresentado atende às especificações contidas no edital.	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

23.	<p>INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR - 3 HORAS (PRODUTO EXIGE LEITURA NA INCUBADORA EM COMODATO DESCRITA ABAIXO)</p> <p>INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. INDICADOR BIOLÓGICO DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO POR PRESSÃO E, EM TEMPERATURAS COMPREENDIDAS ENTRE 121°C E 134°C. LEITURA DO RESULTADO DE INCUBAÇÃO EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUOROMETRIA, DE FORMA EFICIENTE E SEGURA A LETALIDADE MICROBIOLÓGICA DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO. CONFECCIONADO COM TUBO TERMOPLÁSTICO, ETIQUETA ADESIVA COM INDICADOR QUÍMICO DE PROCESSO (TIPO 1), POPULAÇÃO MÍNIMA DE 1X 10⁶ DE ESPOROS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS (ATCC 7953) INOCULADA EM TIRA PORTADORA DE ESPOROS. POSSUI TAMBÉM MEIO DE CULTURA DE COR PÚRPURA CONTIDO EM AMPOLA TERMOPLÁSTICA, QUE POSSIBILITA O CRESCIMENTO DOS MICRORGANISMOS, TAMPA TERMOPLÁSTICA COM ORIFÍCIOS ACRESCIDA DE FILTRO BARREIRA HIDROFÓBICA PERMEÁVEL AO AGENTE ESTERILIZANTE E SISTEMA DE ACIONAMENTO POR MOLA EM AÇO INOXIDÁVEL.</p> <p>MINISTÉRIO DO TRABALHO QUE RECOMENDA O USO DE DISPOSITIVOS QUE NÃO CONTENHAM PERFUROCORCORTANTES (VIDRO POR EXEMPLO).</p> <p>FORNECIMENTO EM COMODATO DE ATÉ 28 E LEITORAS AUTOMÁTICAS QUE PROMOVEM INCUBAÇÃO, LEITURA E REGISTRO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS DE 3ª GERAÇÃO (METODOLOGIA FLUORIMÉTRICA). CONFIGURAÇÃO POSSIBILITA OPERAR NA FAIXA DE TEMPERATURA DE 60°C COM TEMPOS DE INCUBAÇÃO DISTINTOS QUE PODEM SER PROCESSADOS SIMULTANEAMENTE (20 MINUTOS, 01 HORA, 02 HORAS E 03 HORAS), PODENDO PROCESSAR OS INDICADORES BIOLÓGICOS, DESTINADOS A MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. A INCUBADORA COM NO MÍNIMO QUATRO CAVIDADES INDEPENDENTES, PAINEL INTUITIVO. COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA DA AMPOLA E RESULTADO IMPRESSO ACOMPANHADO DE ALARME SONORO AO TÉRMINO DO TESTE, A INCUBADORA DISPÕE FÁCIL CONFIGURAÇÃO DE DATA E HORA ATRAVÉS DE CONEXÃO WI-FI.</p>	<p>Reprovada. Após análise do catálogo apresentado o descrito (tempo de leitura final de 24 horas não atende ao especificado no edital.</p>	<p>ELLU COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA</p>
24.	<p>INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5</p> <p>INDICADOR QUÍMICO INTEGRADOR TIPO 5, INDICADOR QUÍMICO DE USO INTERNO, REALIZA A AVALIAÇÃO COMPLETA E INTEGRADA DAS VARIÁVEIS CRÍTICAS DO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO (QUALIDADE DE VAPOR, TEMPO E TEMPERATURA DE EXPOSIÇÃO), NO INTERIOR DAS EMBALAGENS, PACOTES, CAIXAS CIRÚRGICAS E CONTÊINERES. CONFECCIONADO EM</p>	<p>Reprovada. Após análise do catálogo apresentado os parâmetros críticos do processo / tempo para monitorar os ciclos não atendem ao especificado no edital.</p>	<p>CONECTAMED - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA</p>

	TIRA DE PAPEL GRAU MÉDICO, LAMINADA FRENTE E VERSO E IMPRESSA COM FÓRMULA QUÍMICA TERMOCRÔMICA REAGENTE AO VAPOR SATURADO, COM LEITURA DE RESULTADO POR MUDANÇA DE COR E GUIA DE REFERÊNCIA IMPRESSO NA PRÓPRIA TIRA. EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA CALIBRADO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO DE 121°C POR 20 MINUTOS, 127°C POR 12 MINUTOS E 134°C POR 3,5 MINUTOS.		
25.	LENÇO UMEDECIDO INFANTIL - TOALHAS UMIDECIDAS, SUA FORMULAÇÃO DEMATOLOGICAMENTE TESTADO E HIPOALERGÊNICA: POTE COM NO MINIMO 48 UNIDADES, COM PERFUME SUAVE, SEM ALCOOL, SEM PROTEINA DO LEITE.	Solicitamos envio da ficha técnica do produto para melhor avaliação do item	EPORT LTDA
26.	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO G - LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO M FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, LEVEMENTE TALCADA COM PÓ ABSORVÍVEL, ANATÔMICAS, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRAS, PUNHO COM BAINHA, ACONDICIONADAS EM CAIXAS DISPENSADORA COM 100 UNIDADES CADA (50 PARES).	Solicitamos envio da ficha técnica do produto para melhor avaliação do item	EPORT LTDA
27.	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO M - LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO M FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, LEVEMENTE TALCADA COM PÓ ABSORVÍVEL, ANATÔMICAS, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRAS, PUNHO COM BAINHA, ACONDICIONADAS EM CAIXAS DISPENSADORA COM 100 UNIDADES CADA (50 PARES).	Solicitamos envio da ficha técnica do produto para melhor avaliação do item	EPORT LTDA
28.	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO P - LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO M FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, LEVEMENTE TALCADA COM PÓ ABSORVÍVEL, ANATÔMICAS, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRAS, PUNHO COM BAINHA, ACONDICIONADAS EM CAIXAS DISPENSADORA COM 100 UNIDADES CADA (50 PARES).	Solicitamos envio da ficha técnica do produto para melhor avaliação do item	EPORT LTDA
29.	PACOTE PRONTO USO, COMPOSTO (PRODUTO EXIGE LEITURA NA INCUBADORA EM COMODATO DESCRITA ABAIXO) PACOTE TESTE DESAFIO COM INDICADORES BIOLÓGICOS DE LEITURA RÁPIDA E INTEGRADOR QUÍMICO 5. PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO, DE USO ÚNICO, COMPOSTO POR 02 (DOIS) INDICADORES BIOLÓGICOS DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM TEMPO DE RESPOSTA FINAL EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E POR UM INTEGRADOR QUÍMICO TIPO 5, COM LEITURA DE RESULTADO POR	Aprovado. O catálogo apresentado atende às especificações contidas no edital.	STAR MEDICAL RJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

MUDANÇA DE COR. TEM A FINALIDADE DE SIMULAR A PIOR CONDIÇÃO IMPOSTA A AUTOCLAVE AO PROCESSAR CARGAS DE MATERIAIS E DISPOSITIVOS MÉDICOS E AUXILIAR NA TOMADA DE DECISÃO SOBRE LIBERAR OU NÃO UMA CARGA AUTOCLAVADA, EM CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR ENTRE 121°C E 134°C. PACOTE TESTE PRODUZIDO EM PAPEL IMPERMEÁVEL E UM CONJUNTO DE FOLHAS POROSAS QUE ATUAM COMO UM SISTEMA DE BARREIRA IMPORTANTE À REMOÇÃO DE AR E A PENETRAÇÃO DE VAPOR, EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO DA NORMATIVA AAMI. POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO EXTERNO TIPO 1 (DE PROCESSO). NO PACOTE ESTÃO INSERIDOS 02 (DOIS) INDICADORES BIOLÓGICOS, UM DELES NO CENTRO DO PACOTE QUE FUNCIONARÁ COMO TESTE E OUTRO EM UM NICHOS DESTACADO QUE SERÁ O PILOTO/CONTROLE POSITIVO, CUJA FUNÇÃO É VALIDAR O PROCESSO DE INCUBAÇÃO, A VIABILIDADE DOS ESPOROS E A QUALIFICAÇÃO DO MEIO DE CULTIVO, AMBOS CONFECCIONADOS COM TUBO TERMOPLÁSTICO, ETIQUETA ADESIVA COM INDICADOR QUÍMICO DE PROCESSO (TIPO 1), POPULAÇÃO MÍNIMA DE 1 X 10⁶ (UM MILHÃO) DE ESPOROS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS (ATCC 7953 COM CERTIFICADO DE ANÁLISE/QUALIDADE) INOCULADOS EM TIRA DE PAPEL (PORTADORA DE ESPOROS), MEIO DE CULTIVO PRÓPRIO QUE POSSIBILITA O CRESCIMENTO DOS MICRORGANISMOS, CONTIDO EM TUBO TERMOPLÁSTICO, TAMPA TERMOPLÁSTICA COM ORIFÍCIOS E FILTRO BARREIRA HIDROFÓBICO PERMEÁVEL AO NORMA REGULAMENTADORA NR 32, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO QUE RECOMENDA O USO DE DISPOSITIVOS QUE NÃO CONTENHAM PERFUROCORANTES (VIDRO POR EXEMPLO). POSSUI TAMBÉM NO CENTRO DO PACOTE, 01 (UM) INTEGRADOR QUÍMICO TIPO 5, COMPOSTO POR TIRA DE PAPEL GRAU MÉDICO LAMINADO FRETE E VERSO, IMPRESSA COM FÓRMULA QUÍMICA TERMOCRÔMICA, QUE AVALIA TODAS AS VARIÁVEIS CRÍTICAS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO, EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR ISO 11140-LETALIDADE MICROBIOLÓGICA DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO. CONFECCIONADO COM TUBO TERMOPLÁSTICO, ETIQUETA ADESIVA COM INDICADOR QUÍMICO DE PROCESSO (TIPO 1), POPULAÇÃO MÍNIMA DE 1X 10⁶ DE ESPOROS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS (ATCC 7953) INOCULADA EM TIRA PORTADORA DE ESPOROS. POSSUI TAMBÉM MEIO DE CULTURA DE COR PÚRPURA CONTIDO EM AMPOLA TERMOPLÁSTICA, QUE POSSIBILITA O CRESCIMENTO DOS MICRORGANISMOS, TAMPA TERMOPLÁSTICA COM ORIFÍCIOS ACRESCIDO DE FILTRO BARREIRA HIDROFÓBICA PERMEÁVEL AO AGENTE ESTERILIZANTE E SISTEMA DE ACIONAMENTO

	<p>POR MOLA EM AÇO INOXIDÁVEL. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS REGULAMENTADORAS NR 32, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO QUE RECOMENDA O USO DE DISPOSITIVOS QUE NÃO CONTENHAM PERFUROCORANTES (VIDRO POR EXEMPLO).</p> <p>COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE 2 INCUBADORAS E LEITORAS AUTOMÁTICAS QUE PROMOVEM INCUBAÇÃO, LEITURA</p> <p>E REGISTRO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS DE 3ª GERAÇÃO (METODOLOGIA FLUORIMÉTRICA).</p> <p>CONFIGURAÇÃO POSSIBILITA OPERAR NA FAIXA DE TEMPERATURA DE 60°C COM TEMPOS DE INCUBAÇÃO DISTINTOS QUE PODEM SER PROCESSADOS SIMULTANEAMENTE (20 MINUTOS, 01 HORA, 02 HORAS E 03 HORAS), PODENDO PROCESSAR OS INDICADORES BIOLÓGICOS, DESTINADOS A MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. A INCUBADORA COM NO MÍNIMO QUATRO CAVIDADES INDEPENDENTES, PAINEL INTUITIVO. COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA DA AMPOLA E RESULTADO IMPRESSO ACOMPANHADO DE ALARME SONORO AO TÉRMINO DO TESTE, A INCUBADORA DISPÕE FÁCIL CONFIGURAÇÃO DE DATA E HORA ATRAVÉS DE CONEXÃO WI-FI.</p>		
30.	<p>TESTE BOWIE & DICK 4 KG - PACOTE PRONTO USO PACOTE TESTE BOWIE & DICK. TESTE BOWIE & DICK PACOTE PRONTO E DE USO ÚNICO, UTILIZADO PARA AVALIAR O CORRETO FUNCIONAMENTO DAS AUTOCLAVES A VAPOR ASSISTIDAS POR BOMBA DE VÁCUO, IDENTIFICANDO FALHAS COMO REMOÇÃO DE AR INADEQUADA, PRESENÇA DE GASES NÃO CONDENSÁVEIS, VAZAMENTOS DE AR, VAPOR DE BAIXA QUALIDADE, TEMPERATURA E/OU TEMPO INCORRETOS. PACOTE CONFECCIONADO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL QUE AGE COMO BARREIRA AO AGENTE ESTERILIZANTE E CONTÉM UM INDICADOR QUÍMICO EXTERNO DE PROCESSO (TIPO 1). EM SEU INTERIOR ESTÃO DISPOSTAS FOLHAS EM PAPEL POROSO QUE ASSEGURAM ALTO NÍVEL DE BARREIRA, UMA FOLHA ALERTA ANTECIPADA E UMA FOLHA TESTE AO CENTRO, AMBAS IMPREGNADAS COM INDICADOR QUÍMICO TERMOCRÔMICO DE FORMULAÇÃO ATÓXICA, SEM PRESENÇA DE CHUMBO E METAIS PESADOS. PROMOVE A LEITURA DAS 3 (TRÊS) VARIÁVEIS CRÍTICAS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO - QUALIDADE DE VAPOR, TEMPERATURA E TEMPO DE EXPOSIÇÃO - EM CICLOS ESPECÍFICOS A 134°C POR 3,5 MINUTOS E A 121°C POR 15 MINUTOS. EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR ISO 11140-5.</p>	<p>Aprovado. O catálogo apresentado atende às especificações contidas no edital.</p>	<p>CONNECTAMED - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA</p>
31.	<p>PAPEL CREPADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50 X 50CM - INDICADO COMO EMBALAGEM INVOLUCRO PARA PROTEGER INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS E</p>	<p>Solicitamos envio da ficha técnica do produto para melhor</p>	<p>EPORT LTDA</p>

	MATERIAIS NO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR EM PAPEL CREPADO, COM GRAMATURA ENTRE 60 A 80 G/M2, DEVENDO SER PERMEÁVEL AO AGENTE ESTERILIZANTE E SER BARREIRA CONTRA MICRORGANISMOS. DEVERA SER HIDO-REPELENTE, RESISTENCIA A ROMPIMENTOS, RASCOS. ISENTA DE FELPAS, FUROS, RUGAS, EMENDAS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO PREJUDICIAL A SUA UTILIZAÇÃO. EMBALAGEM COM NO MINIMO 500 UNIDADES.	avaliação do item	
32.	PILHA ALCALINA AA PACOTE COM 2 UNIDADES; TAMANHO PEQUENO (AA); DESIGNAÇÃO: LR6; 1,5 VOLTS; DURAÇÃO MÉDIA ACIMA DE 20 HORAS; CONFORME A RESOLUÇÃO 401/2008 DO CONAMA; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DE FABRICANTE; MARCAS DE REFERÊNCIA: DURACELL, ENERGIZER E RAYOVAC.	Aprovado. O catálogo apresentado atende às especificações contidas no edital.	IDEO LICITAÇÕES E COMÉRCIO
33.	PILHA ALCALINA AAA PACOTE COM 2 UNIDADES; TAMANHO PEQUENO (AAA); DESIGNAÇÃO: LR03; 1,5 VOLTS; DURAÇÃO MÉDIA ACIMA DE 8 HORAS; CONFORME A RESOLUÇÃO 401/2008 DO CONAMA; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DE FABRICANTE; MARCAS REFERÊNCIAS: DURACELL, ENERGIZER E RAYOVAC.	Aprovado. O catálogo apresentado atende às especificações contidas no edital.	IDEO LICITAÇÕES E COMÉRCIO
34.	QUATERNÁRIO DE AMONIA: DESINFETANTE DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO INDICADO PARA USO HOSPITALAR A BASE DE: CLORETO DE DIDECILDIMETILAMONIO, CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO, POLYHEXA METHYLENE BIGUANIDE HYDROCHLORIDE, NONIL FENOL ETOXILADO 9,5 EO 0,5%P/P, VEÍCULO. PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO DE DIDECILDIMETILAMONIO 0,12%P/P, CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO 0,48% P/P, POLYHEXA METHYLENE BIGUANIDE HYDROCHLORIDE 0,1%P/P. SOLUÇÃO A BASE DE QUATERNÁRIO DE QUINTA GERAÇÃO E BIGUANIDAS PRONTO PARA USO. EMBALAGENS COM CONTEÚDO DE 5 LITROS.	Solicitamos envio da ficha técnica do produto para melhor avaliação do item	EASY CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
35.	SABONETE LÍQUIDO USO INFANTIL - FÓRMULA SUAVE QUE NÃO IRRITA OS OLHOS, CONCENTRADO, SER CLINICAMENTE TESTADO PARA IRRITABILIDADE OCULAR/PELE E SENSIBILIZAÇÃO, POSSUIR TENSOATIVOS SUAVES, COMPOSTO ÁCIDO LÁCTICO + LACTOSERUM POR BATEINA, GLICERINA, EDTA, ÁGUA DEIONIZADA, SEM ÁLCOOL, PH DE 3,5, HIPOALERGÊNICO, PARA HIGIENE CORPORAL, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, SER BIODEGRADÁVEL E ANTI SEPTICO E APRESENTAR-SE EM FRASCOS DE APROXIMADAMENTE 200 ML.	Solicitamos envio da ficha técnica do produto para melhor avaliação do item	ROSILAN COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA
36.	ESPONJAS PARA BANHO DE LEITO _ DESCARTAVEIS. IMPREGNADAS COM SABÃO DERMATOLOGICO NEUTRO, MEDINDO 12CM x 20CM x 1CM. ESPONJAS	Reprovada. Após análise do catálogo, o produto apresentado	AMB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

	DE ALTA RESISTENCIA E GRANDE PODER DE HIGIENIZAÇÃO. USADAS EM PROCEDIMENTOS DE HIGIENE CORPORAL QUE PRECISAM DE UMA CAPACIDADE DE ATUAÇÃO MAIS CONTUNDENTE. SUA ALTISSIMA CARGA DE GEL DERMATOLOGICAMENTE NEUTRO. PARA USO EM PACIENTES ACAMADOS E IDOSOS.	está em desconformidade com o edital, em referência às medidas exigidas.	
37.	ELETRODO- PÁS PARA DEA: ELETRODO UNIVERSAL ADULTO TIPO PÁS ADESIVAS, ACIMA DE 25 KG USADO EM DESFIBRILADOR DEA. COMPATÍVEL COM A MARCA INSTRAMED, MODELO ISIS PRÔ.	Solicitamos envio de amostra física do produto para melhor avaliação do item	ARAMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
38.	ESCOVA/ESPONJA USO MEDICO/HOSPITALAR - ESCOVA CIRÚRGICA COM CLOREXIDINA 2% CONJUNTO ESCOVA-ESPONJA IMPREGNADO COM CLOREXIDINA 2%: ESCOVA DEGERMANTE COM GLICONATO DE CLOREXIDINA 2%: ESCOVA DUPLA FACE PARA DEGERMAÇÃO DE PELE, DESCARTÁVEL, COM CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, FLEXÍVEL, LIVRE DE DEFEITOS, TENDO EM UMA DAS FACES, CERDAS MACIAS QUE NÃO CAUSEM ABRASÃO E NA OUTRA, ESPONJA MACIA DE POLIURETANO, IMPREGNADA CM 22ML DE SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA A 2%. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E A TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: O PRODUTO OFERTADO DEVERÁ SER ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS DE EMBALAGENS E ESTERILIZAÇÃO, GARANTINDO ABERTURA E TRANSFERÊNCIA DO MESMO COM TÉCNICA ASSÉPTICA E IMPEDINDO VAZAMENTO DAS SOLUÇÕES. EMBALADOS EM CAIXAS TIPO "DISPENSER BOX". REEMBALADOS DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE E ROTULADOS CONFORME A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.	Aprovado. O catálogo apresentado atende às especificações contidas no edital.	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA

Os catálogos e proposta foram avaliados pela Gerente de Atenção à Saúde, a servidora Ana Cristina Braga Neiva.

Soraia Barbosa Soares
Supervisor de Compras e Licitação (Saúde)