

**Assunto:** Re: PREGÃO ELETRÔNICO: 001/2025

**De:** Thiago Pereira de Carvalho <thiagopereira@santaluzia.mg.gov.br>

**Data:** 20/02/2025, 18:33

**Para:** Gabriel AXHCAR <gabriel@techmedhospitalar.com>

**CC:** licitacoes <licitacoes@santaluzia.mg.gov.br>

Boa tarde.

Reitero. O edital é composto por três peças em PDF: o edital propriamente dito, o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência. Os dois últimos são parte integrante do edital.

O anexo I do edital contempla um link para o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no qual um arquivo em ZIP é obtido.

**As especificações de itens que prevalecem são aquelas que constam no Termo de Referência (veja foto da tela abaixo para o item 018).**

Os preços estimados foram coletados por equipe técnica especializada em pesquisa de preços.

Tais preços de referência não serão alterados.

Seguem todos os canais eletrônicos em que o ZIP do edital contendo as três peças citadas podem ser encontradas.

- <https://pncp.gov.br/app/editais/18715409000150/2025/5;>
- [http://comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/download/download\\_editais\\_detalhe.asp?coduasg=985155&modprp=5&numprp=900012025](http://comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/download/download_editais_detalhe.asp?coduasg=985155&modprp=5&numprp=900012025)
- <https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/PE-SRP-EDITAL-No-001-2025-2.zip>

Vide ainda as observações constantes na página 50 do edital:

**HAVENDO DIVERGÊNCIA DE ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS ENTRE O COMPRAS.GOV.BR E O EDITAL, PREVALECEM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA CLÁUSULA 1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I DO EDITAL. OS PREÇOS CONSTANTES NA TABELA DE PREÇOS DE REFERÊNCIA DESTE ANEXO I SÃO OS MESMOS PREÇOS DIVULGADOS NO PORTAL COMPRAS.GOV.BR.**

18.	<p><b>EQUIPO SIMPLES MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL</b>  <b>EQUIPO MACROGOTAS ESTÉRIL E APIROGÊNICO, COM TUBO DE PVC TRANSPARENTE DE NO MÍNIMO 1,50 M, FLEXÍVEL, SEM NENHUMA DOBRA, COM FILTRO DE FLUIDO, CÂMARA DE GOTEJAMENTO, MALEÁVEL, TENDO EM SUA EXTENSÃO PINÇA ROLETE, QUE NO USO CONTÍNUO NÃO PODE DANIFICAR O TUBO. INJETOR LATERAL DE LÁTEX OU SILICONE, AUTOCICATRIZANTE, QUE PERMITA MÚLTIPLAS PUNÇÕES SEM VAZAMENTO. CONECTOR DE PLÁSTICO, COM BICO BIFACETADO E COM TAMPA PROTETORA, COM ENCAIXE EM FRASCO DE SORO COM SISTEMA FECHADO. EMBALAGEM COM ABERTURA EM PÉTALA. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO ESTERILIZAÇÃO.</b>  <b>NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</b>  <b>NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</b></p>	UNIDADE	150.000
-----	--	---------	---------

Atenciosamente,  
 Thiago Pereira de Carvalho  
 Pregoeiro  
 Superintendência de Licitações e Compras  
 Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MG.

Em 20/02/2025 17:09, Gabriel AXHCAR escreveu:

Ademais, o quantitativo também está acima.

Caso não seja equipo para bomba de infusão, o descritivo está incorreto.

Em qui., 20 de fev. de 2025 às 17:08, Gabriel AXHCAR <[gabriel@techmedhospitalar.com](mailto:gabriel@techmedhospitalar.com)> escreveu:

Pregoeiro, o valor estimado para o item 18 está abaixo do praticado. Com isso gerou a dúvida, pois EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO é, geralmente, acima de R\$20,00 e no edital consta R\$2,3733.

Em qui., 20 de fev. de 2025 às 16:50, Thiago Pereira De Carvalho <[thiagopereira@santaluzia.mg.gov.br](mailto:thiagopereira@santaluzia.mg.gov.br)> escreveu:

Boa tarde.

Gentileza baixar o arquivo compactado (ZIP) e ler atentamente Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência.

As especificações que prevalecem são aquelas que constam no **Termo de Referência**.

Endereço eletrônico para acesso ao Edital, Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência é:

- <https://pncp.gov.br/app/editais/18715409000150/2025/5>

Vide ainda as observações constantes na página 50 do Edital:

**HAVENDO DIVERGÊNCIA DE ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS ENTRE O [COMPRAS.GOV.BR](https://compras.gov.br) E O EDITAL, PREVALECEM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA CLÁUSULA 1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I DO EDITAL. OS PREÇOS CONSTANTES NA TABELA DE PREÇOS DE REFERÊNCIA DESTE ANEXO I SÃO OS MESMOS PREÇOS DIVULGADOS NO PORTAL [COMPRAS.GOV.BR](https://compras.gov.br).**

Atenciosamente,  
Thiago Pereira de Carvalho  
Pregoeiro  
Gerência de Licitações e Contratos  
Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MG

Em 20/02/2025 16:35, Gabriel AXHCAR escreveu:

Boa tarde!

Sr(a) Pregoeiro(a), venho por meio deste com intuito de obter esclarecimento sobre o item 18. Na especificação do edital consta - Comodato de Bomba - , mas não há nenhum descritivo sobre a bomba de infusão, ademais, o preço está muito abaixo em relação ao praticado no mercado. Diante disso, quero saber se é realmente equipo para bomba de infusão.

Atenciosamente,  
Gabriel Axhcar