



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 033/2024**

**Origem: Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia**

**Destinação: Serviços de Saúde.**

**1- CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO**

**1.1** Constitui objeto deste Termo de Referência a **AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE INSUMOS / MATERIAL MÉDICO – SONDAS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE SAÚDE**, nos termos das especificações constantes da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	MATERIAL	APRESENTAÇÃO	QTD ANUAL
1.	SONDA DE ASPIRACAO OROTRAQUEAL SEM VALVULA, EM PVC ATOXICO; NEONATAL; C/ DOIS FUROS LATERAIS E UM NA PONTA; SEM TAMPA; SILICONIZADA, CALIBRE 6; MED. 40 CM APROX.; C/CONECTOR; A DISTANCIA DA PONTA DA SONDA E DO ULTIMO FURO DEVE SER DE ATE 2CM, ESTERIL; FLEXIVEL; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO ESTERILIZAÇÃO. <b>NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</b>	UN	600
2.	SONDA DE ASPIRACAO OROTRAQUEAL SEM VALVULA, EM PVC ATOXICO; NEONATAL; C/ DOIS FUROS LATERAIS E UM NA PONTA; SEM TAMPA; SILICONIZADA, CALIBRE 8; MED. 40 CM APROX.; C/CONECTOR; A DISTANCIA DA PONTA DA SONDA E DO ULTIMO FURO DEVE SER DE ATE 2CM, ESTERIL; FLEXIVEL; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO ESTERILIZAÇÃO. <b>NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</b>	UN	200
3.	SONDA DE ASPIRACAO OROTRAQUEAL SEM VALVULA, EM PVC ATOXICO; NEONATAL; COM 2 FUROS LATERAIS E 1 NA PONTA; SEM TAMPA; SILICONIZADA, CALIBRE 10; MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM; COM CONECTOR; DISTANCIA DA PONTA AO ULTIMO FURO ATE 2 CM, ESTERIL; FLEXIVEL; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO ESTERILIZAÇÃO. <b>NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO,</b>	UN	600



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

	<b>PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</b>		
4.	<p>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA DE PRESSÃO NEGATIVA Nº 12 CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQÜIDISTANTES DE FORMA A COBRIR TODO O DIÂMETRO DO TUBO. OS ORIFÍCIOS E OS CALIBRES DO TUBO SEGUEM O PADRÃO DA SONDA DE ASPIRAÇÃO CONVENCIONAL. A EXTREMIDADE DISTAL SE APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA NELA UM DISPOSITIVO CONECTOR OU VÁLVULA EM Y. ESTE DISPOSITIVO É MOLDADO CONFORME PADRÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO E É CAPAZ DE MANTER ESTÁVEL A FIXAÇÃO DA SONDA. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, SENDO AINDA ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS À SAÚDE. EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO FILME DE POLIÉSTER, ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO ESTERILIZAÇÃO.</p> <p><b>NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</b></p>	UN	4000
5.	<p>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA DE PRESSÃO NEGATIVA Nº 14 CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQÜIDISTANTES DE FORMA A COBRIR TODO O DIÂMETRO DO TUBO. OS ORIFÍCIOS E OS CALIBRES DO TUBO SEGUEM O PADRÃO DA SONDA DE ASPIRAÇÃO CONVENCIONAL. A EXTREMIDADE DISTAL SE APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADO NELA UM DISPOSITIVO CONECTOR OU VÁLVULA EM Y. ESTE DISPOSITIVO É MOLDADO CONFORME PADRÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO E É CAPAZ DE MANTER ESTÁVEL A FIXAÇÃO DA SONDA. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, SENDO AINDA ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS À SAÚDE. EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO FILME DE POLIÉSTER, ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO ESTERILIZAÇÃO.</p> <p><b>NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</b></p>	UN	4000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

6.	<p>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA DE PRESSÃO NEGATIVA Nº 16 CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUÍDISTANTES DE FORMA A COBRIR TODO O DIÂMETRO DO TUBO. OS ORIFÍCIOS E OS CALIBRES DO TUBO SEGUEM O PADRÃO DA Sonda de ASPIRAÇÃO CONVENCIONAL. A EXTREMIDADE DISTAL SE APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA NELA UM DISPOSITIVO CONECTOR OU VÁLVULA EM Y. ESTE DISPOSITIVO É MOLDADO CONFORME PADRÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO E É CAPAZ DE MANTER ESTÁVEL A FIXAÇÃO DA Sonda. A Sonda APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, SENDO AINDA ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS À SAÚDE. EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO FILME DE POLIÉSTER, ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO.</p> <p>CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO ESTERILIZAÇÃO.</p> <p><b>NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</b></p>	UN	4000
7.	<p>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA DE PRESSÃO NEGATIVA Nº 6 - CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUÍDISTANTES DE FORMA A COBRIR TODO O DIÂMETRO DO TUBO. OS ORIFÍCIOS E OS CALIBRES DO TUBO SEGUEM O PADRÃO DA Sonda de ASPIRAÇÃO CONVENCIONAL. A EXTREMIDADE DISTAL SE APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA NELA UM DISPOSITIVO CONECTOR OU VÁLVULA EM Y. ESTE DISPOSITIVO É MOLDADO CONFORME PADRÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO E É CAPAZ DE MANTER ESTÁVEL A FIXAÇÃO DA Sonda. A Sonda APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, SENDO AINDA ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS À SAÚDE. EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO FILME DE POLIÉSTER, ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO.</p> <p>CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO ESTERILIZAÇÃO.</p> <p><b>NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</b></p>	UN	4000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

8.	<p><b>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL</b> COM VÁLVULA DE PRESSÃO NEGATIVA <b>Nº 8</b> - CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUÍDISTANTES DE FORMA A COBRIR TODO O DIÂMETRO DO TUBO. OS ORIFÍCIOS E OS CALIBRES DO TUBO SEGUEM O PADRÃO DA Sonda DE ASPIRAÇÃO CONVENCIONAL. A EXTREMIDADE DISTAL SE APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA NELA UM DISPOSITIVO CONECTOR OU VÁLVULA EM Y. ESTE DISPOSITIVO É MOLDADO CONFORME PADRÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO E É CAPAZ DE MANTER ESTÁVEL A FIXAÇÃO DA Sonda. A Sonda APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, SENDO AINDA ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS À SAÚDE. EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO FILME DE POLIÉSTER, ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO.</p> <p>CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO ESTERILIZAÇÃO.</p> <p><b>NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</b></p>	UN	4000
9.	<p><b>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL</b> COM VÁLVULA DE PRESSÃO NEGATIVA <b>Nº10</b> CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUÍDISTANTES DE FORMA A COBRIR TODO O DIÂMETRO DO TUBO. OS ORIFÍCIOS E OS CALIBRES DO TUBO SEGUEM O PADRÃO DA Sonda DE ASPIRAÇÃO CONVENCIONAL. A EXTREMIDADE DISTAL SE APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA NELA UM DISPOSITIVO CONECTOR OU VÁLVULA EM Y. ESTE DISPOSITIVO É MOLDADO CONFORME PADRÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO E É CAPAZ DE MANTER ESTÁVEL A FIXAÇÃO DA Sonda. A Sonda APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, SENDO AINDA ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS À SAÚDE. EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO FILME DE POLIÉSTER, ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO.</p> <p>CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO ESTERILIZAÇÃO.</p> <p><b>NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</b></p>	UN	4000
10.	<p><b>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL NO 04 FR. (NEONATAL:</b> Sonda DE ASPIRACAO OROTRAQUEAL SEM VALVULA, EM PVC ATOXICO; NEONATAL; C/ DOIS FUROS LATERAIS E UM NA PONTA; SEM TAMPA; SILICONIZADA, CALIBRE 4; MED. 40 CM APROX.; C/CONECTOR; A DISTANCIA DA PONTA DA Sonda E DO ULTIMO FURO DEVE SER DE ATE 2CM, ESTERIL; FLEXIVEL; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO., A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.</p> <p>CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO ESTERILIZAÇÃO.</p> <p><b>NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</b></p>	UN	600



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

11.	<b>SONDA DE NUTRIÇÃO ENTERAL Nº 12</b> COMPRIMENTO MÍNIMO DE 100CM. CONFECCIONADA EM POLIURETANO, FLEXÍVEL, MARCAÇÃO DE CONTROLE PARA INTRODUÇÃO, PONTA COM ORIFÍCIOS CIRCULARES LATERAIS DESENHADOS, CONECTOR PROXIMAL COM DUPLA ENTRADA EM "Y" UNIVERSAL, MANDRIL DE AÇO FLEXÍVEL. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO ESTERILIZAÇÃO. <b>NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</b>	UN	2500
12.	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 8,0</b> TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COM PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS, BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NUMERO DO LOTE IMPRESSOS, VÁLVULA DE SEGURANÇA, CONEXÃO LUER DISTAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO, TUBO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS, CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA, OLHO DE MURPHY, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E ACETATO DE CELULOSE, COM ABERTURA EM PÉTALA. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO ESTERILIZAÇÃO. <b>NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</b>	UN	1200
13.	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 2</b> TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COM PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS, BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NUMERO DO LOTE IMPRESSOS, VÁLVULA DE SEGURANÇA, CONEXÃO LUER DISTAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO, TUBO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS, CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA, OLHO DE MURPHY, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E ACETATO DE CELULOSE, COM ABERTURA EM PÉTALA. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO ESTERILIZAÇÃO. <b>NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</b>	UN	250
14.	<b>SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 3,0</b> TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COM PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS, BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NUMERO DO LOTE IMPRESSOS, VÁLVULA DE SEGURANÇA, CONEXÃO LUER DISTAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO, TUBO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS, CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA, OLHO DE MURPHY, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E ACETATO DE CELULOSE, COM ABERTURA EM PÉTALA. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO ESTERILIZAÇÃO. <b>NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</b>	UN	250



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

15.	<p><b>SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 3,5</b> TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COM PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS, BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NUMERO DO LOTE IMPRESSOS, VÁLVULA DE SEGURANÇA, CONEXÃO <i>LUER</i> DISTAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO, TUBO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS, <i>CUFF</i> DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA, OLHO DE <i>MURPHY</i>, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E ACETATO DE CELULOSE, COM ABERTURA EM PÉTALA. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO ESTERILIZAÇÃO.</p> <p><b>NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</b></p>	UN	150
16.	<p><b>SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 4,0</b> TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COM PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS, BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NUMERO DO LOTE IMPRESSOS, VÁLVULA DE SEGURANÇA, CONEXÃO <i>LUER</i> DISTAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO, TUBO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS, <i>CUFF</i> DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA, OLHO DE <i>MURPHY</i>, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E ACETATO DE CELULOSE, COM ABERTURA EM PÉTALA.</p> <p>CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO ESTERILIZAÇÃO.</p> <p><b>NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</b></p>	UN	100
17.	<p><b>SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 4,5</b> TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COM PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS, BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NUMERO DO LOTE IMPRESSOS, VÁLVULA DE SEGURANÇA, CONEXÃO <i>LUER</i> DISTAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO, TUBO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS, <i>CUFF</i> DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA, OLHO DE <i>MURPHY</i>, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E ACETATO DE CELULOSE, COM ABERTURA EM PÉTALA.</p> <p>CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO ESTERILIZAÇÃO.</p> <p><b>NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</b></p>	UN	200





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

18.	<p><b>SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 5,0</b> TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COM PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS, BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NUMERO DO LOTE IMPRESSOS, VÁLVULA DE SEGURANÇA, CONEXÃO <i>LUER</i> DISTAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO, TUBO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS, <i>CUFF</i> DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA, OLHO DE <i>MURPHY</i>, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E ACETATO DE CELULOSE, COM ABERTURA EM PÉTALA.</p> <p>CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO ESTERILIZAÇÃO.</p> <p><b>NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</b></p>	UN	300
19.	<p><b>SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 5,5</b> TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COM PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS, BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NUMERO DO LOTE IMPRESSOS, VÁLVULA DE SEGURANÇA, CONEXÃO <i>LUER</i> DISTAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO, TUBO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS, <i>CUFF</i> DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA, OLHO DE <i>MURPHY</i>, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E ACETATO DE CELULOSE, COM ABERTURA EM PÉTALA.</p> <p>CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO ESTERILIZAÇÃO.</p> <p><b>NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</b></p>	UN	300
20.	<p><b>SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 6,0</b> TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COM PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS, BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NUMERO DO LOTE IMPRESSOS, VÁLVULA DE SEGURANÇA, CONEXÃO <i>LUER</i> DISTAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO, TUBO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS, <i>CUFF</i> DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA, OLHO DE <i>MURPHY</i>, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E ACETATO DE CELULOSE, COM ABERTURA EM PÉTALA.</p> <p>CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO ESTERILIZAÇÃO.</p> <p><b>NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</b></p>	UN	500



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

21.	<p><b>SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 7.0</b> TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COM PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS, BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NUMERO DO LOTE IMPRESSOS, VÁLVULA DE SEGURANÇA, CONEXÃO <i>LUER</i> DISTAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO, TUBO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS, <i>CUFF</i> DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA, OLHO DE <i>MURPHY</i>, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E ACETATO DE CELULOSE, COM ABERTURA EM PÉTALA.</p> <p>CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO ESTERILIZAÇÃO.</p> <p><b>NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</b></p>	UN	1600
22.	<p><b>SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 7.5</b> TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COM PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS, BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NUMERO DO LOTE IMPRESSOS, VÁLVULA DE SEGURANÇA, CONEXÃO <i>LUER</i> DISTAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO, TUBO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS, <i>CUFF</i> DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA, OLHO DE <i>MURPHY</i>, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E ACETATO DE CELULOSE, COM ABERTURA EM PÉTALA.</p> <p>CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO ESTERILIZAÇÃO.</p> <p><b>NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</b></p>	UN	2000
23.	<p><b>SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 8,5</b> TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COM PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS, BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NUMERO DO LOTE IMPRESSOS, VÁLVULA DE SEGURANÇA, CONEXÃO <i>LUER</i> DISTAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO, TUBO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS, <i>CUFF</i> DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA, OLHO DE <i>MURPHY</i>, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E ACETATO DE CELULOSE, COM ABERTURA EM PÉTALA.</p> <p>CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO ESTERILIZAÇÃO.</p> <p><b>NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</b></p>	UN	1200





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

24.	<p><b>SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 9,0</b> TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COM PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS, BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NUMERO DO LOTE IMPRESSOS, VÁLVULA DE SEGURANÇA, CONEXÃO LUER DISTAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO, TUBO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS, CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA, OLHO DE MURPHY, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E ACETATO DE CELULOSE, COM ABERTURA EM PÉTALA.</p> <p>CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO ESTERILIZAÇÃO.</p> <p><b>NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</b></p>	UN	300
25.	<p><b>SONDA FOLEY 02 VIAS Nº 12</b> CONFECCIONADA EM BORRACHA 100% NATURAL, SILICONIZADA, ESTERIL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, APIROGÊNICA, COM DUAS VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL EPROXIMAL, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO, BALÃO RESISTENTE À ALTA PRESSÃO, UTILIZADA PARA SONDAGEM VESICAL, EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA PÉTALA.</p> <p>CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO ESTERILIZAÇÃO.</p> <p><b>NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</b></p>	UN	600
26.	<p><b>SONDA FOLEY 02 VIAS Nº 14</b> CONFECCIONADA EM BORRACHA 100% NATURAL, SILICONIZADA, ESTERIL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, APIROGÊNICA, COM DUAS VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL EPROXIMAL, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO, BALÃO RESISTENTE À ALTA PRESSÃO, UTILIZADA PARA SONDAGEM VESICAL, EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA PÉTALA.</p> <p>CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO ESTERILIZAÇÃO.</p> <p><b>NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</b></p>	UN	1000
27.	<p><b>SONDA FOLEY 02 VIAS Nº 16</b> CONFECCIONADA EM BORRACHA 100% NATURAL, SILICONIZADA, ESTERIL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, APIROGÊNICA, COM DUAS VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL EPROXIMAL, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO, BALÃO RESISTENTE À ALTA PRESSÃO, UTILIZADA PARA SONDAGEM VESICAL, EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA PÉTALA.</p> <p>CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO ESTERILIZAÇÃO.</p> <p><b>NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</b></p>	UN	2000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

28.	<p><b>SONDA FOLEY 02 VIAS Nº 18</b> CONFECCIONADA EM BORRACHA 100% NATURAL, SILICONIZADA, ESTÉRIL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, APIROGÊNICA, COM DUAS VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL EPROXIMAL, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO, BALÃO RESISTENTE À ALTA PRESSÃO, UTILIZADA PARA SONDAGEM VESICAL, EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA PÉTALA.</p> <p>CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO ESTERILIZAÇÃO.</p> <p><b>NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</b></p>	UN	3000
29.	<p><b>SONDA FOLEY 02 VIAS Nº 20</b> CONFECCIONADA EM BORRACHA 100% NATURAL, SILICONIZADA, ESTÉRIL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, APIROGÊNICA, COM DUAS VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL EPROXIMAL, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO, BALÃO RESISTENTE À ALTA PRESSÃO, UTILIZADA PARA SONDAGEM VESICAL, EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA PÉTALA.</p> <p>CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO ESTERILIZAÇÃO.</p> <p><b>NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</b></p>	UN	2000
30.	<p><b>SONDA FOLEY 02 VIAS Nº 22</b> CONFECCIONADA EM BORRACHA 100% NATURAL, SILICONIZADA, ESTÉRIL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, APIROGÊNICA, COM DUAS VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL EPROXIMAL, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO, BALÃO RESISTENTE À ALTA PRESSÃO, UTILIZADA PARA SONDAGEM VESICAL, EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA PÉTALA.</p> <p>CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO ESTERILIZAÇÃO.</p> <p><b>NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</b></p>	UN	1000
31.	<p><b>SONDA FOLEY 02 VIAS Nº 8</b> CONFECCIONADA EM BORRACHA 100% NATURAL, SILICONIZADA, ESTÉRIL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, APIROGÊNICA, COM DUAS VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL EPROXIMAL, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO, BALÃO RESISTENTE À ALTA PRESSÃO, UTILIZADA PARA SONDAGEM VESICAL, EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA PÉTALA.</p> <p>CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO ESTERILIZAÇÃO.</p> <p><b>NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</b></p>	UN	30
32.	<p><b>SONDA FOLEY 03 VIAS Nº 20</b> CONFECCIONADA EM BORRACHA 100% NATURAL, SILICONIZADA, ESTÉRIL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, APIROGÊNICA, COM DUAS VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL EPROXIMAL, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO, BALÃO RESISTENTE À ALTA PRESSÃO, UTILIZADA PARA SONDAGEM VESICAL, EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA PÉTALA.</p> <p>CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO ESTERILIZAÇÃO.</p> <p><b>NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</b></p>	UN	300



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

33.	<b>SONDA GÁSTRICA LEVINE Nº 06</b> - TUBO EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 120 CM, SUPERFÍCIE RIGOROSAMENTE LISA COM UMA PONTA ARREDONDADA FECHADA NO LADO PROXIMAL DO TUBO E 2 A 4 ORIFÍCIOS ALTERNADOS NO LADO OPOSTO, CONECTOR PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL A SERINGAS NO LADO DISTAL DO TUBO COM TAMPA. ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICA. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO ESTERILIZAÇÃO. <b>NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</b>	UN	4000
34.	<b>SONDA GÁSTRICA LEVINE Nº 08</b> - TUBO EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 120 CM, SUPERFÍCIE RIGOROSAMENTE LISA COM UMA PONTA ARREDONDADA FECHADA NO LADO PROXIMAL DO TUBO E 2 A 4 ORIFÍCIOS ALTERNADOS NO LADO OPOSTO, CONECTOR PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL A SERINGAS NO LADO DISTAL DO TUBO COM TAMPA. ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICA. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO ESTERILIZAÇÃO. <b>NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</b>	UN	2000
35.	<b>SONDA GÁSTRICA LEVINE Nº 10</b> - TUBO EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 120 CM, SUPERFÍCIE RIGOROSAMENTE LISA COM UMA PONTA ARREDONDADA FECHADA NO LADO PROXIMAL DO TUBO E 2 A 4 ORIFÍCIOS ALTERNADOS NO LADO OPOSTO, CONECTOR PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL A SERINGAS NO LADO DISTAL DO TUBO COM TAMPA. ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICA. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO ESTERILIZAÇÃO. <b>NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</b>	UN	10000
36.	<b>SONDA GÁSTRICA LEVINE Nº 12</b> - TUBO EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 120 CM, SUPERFÍCIE RIGOROSAMENTE LISA COM UMA PONTA ARREDONDADA FECHADA NO LADO PROXIMAL DO TUBO E 2 A 4 ORIFÍCIOS ALTERNADOS NO LADO OPOSTO, CONECTOR PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL A SERINGAS NO LADO DISTAL DO TUBO COM TAMPA. ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICA. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO ESTERILIZAÇÃO. <b>NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</b>	UN	10000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

37.	<p><b>SONDA GÁSTRICA LEVINE Nº 14</b> - TUBO EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 120 CM, SUPERFÍCIE RIGOROSAMENTE LISA COM UMA PONTA ARREDONDADA FECHADA NO LADO PROXIMAL DO TUBO E 2 A 4 ORIFÍCIOS ALTERNADOS NO LADO OPOSTO, CONECTOR PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL A SERINGAS NO LADO DISTAL DO TUBO COM TAMPA. ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO ESTERILIZAÇÃO.</p> <p><b>NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</b></p>	UN	8000
38.	<p><b>SONDA GÁSTRICA LEVINE Nº 16</b> - TUBO EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 120 CM, SUPERFÍCIE RIGOROSAMENTE LISA COM UMA PONTA ARREDONDADA FECHADA NO LADO PROXIMAL DO TUBO E 2 A 4 ORIFÍCIOS ALTERNADOS NO LADO OPOSTO, CONECTOR PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL A SERINGAS NO LADO DISTAL DO TUBO COM TAMPA. ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO ESTERILIZAÇÃO.</p> <p><b>NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</b></p>	UN	8000
39.	<p><b>SONDA GÁSTRICA LEVINE Nº 18</b> - TUBO EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 120 CM, SUPERFÍCIE RIGOROSAMENTE LISA COM UMA PONTA ARREDONDADA FECHADA NO LADO PROXIMAL DO TUBO E 2 A 4 ORIFÍCIOS ALTERNADOS NO LADO OPOSTO, CONECTOR PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL A SERINGAS NO LADO DISTAL DO TUBO COM TAMPA. ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO ESTERILIZAÇÃO.</p> <p><b>NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</b></p>	UN	2000
40.	<p><b>SONDA GÁSTRICA LEVINE Nº 20</b> - TUBO EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 120 CM, SUPERFÍCIE RIGOROSAMENTE LISA COM UMA PONTA ARREDONDADA FECHADA NO LADO PROXIMAL DO TUBO E 2 A 4 ORIFÍCIOS ALTERNADOS NO LADO OPOSTO, CONECTOR PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL A SERINGAS NO LADO DISTAL DO TUBO COM TAMPA. ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO ESTERILIZAÇÃO.</p> <p><b>NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</b></p>	UN	2000
41.	<p><b>SONDA NASOENTERICA Nº12 FR</b> ACOMPANHA FIO GUIA EM AÇO INOX; PRODUZIDA EM POLIETILENO, ESTERILIZÁVEL EM ÓXIDO DE ETILENO, TAMANHO 120 CM, SONDA COM LINHA RADIOPAÇA, MARCADA EM TODA SUA EXTENSÃO. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO ESTERILIZAÇÃO.</p> <p><b>NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</b></p>	UN	2000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

42.	<b>SONDA URETRAL Nº 04</b> - TUBO EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL TRANSPARENTE E COM A SUPERFÍCIE RIGOROSAMENTE LISA, COM A PONTA ARREDONDADA FECHADA NO LADO PROXIMAL DO TUBO COM 1 ORIFÍCIO, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, CONECTOR PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL A SERINGAS NO DISTAL DO TUBO COM TAMPA, ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO ESTERILIZAÇÃO. <b>NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</b>	UN	2000
43.	<b>SONDA URETRAL Nº 06</b> - TUBO EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL TRANSPARENTE, COM SUPERFÍCIE RIGOROSAMENTE LISA, COM A PONTA ARREDONDADA FECHADA NO LADO PROXIMAL DO TUBO COM 1 ORIFÍCIO, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40CM, CONECTOR PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL A SERINGAS NO DISTAL DO TUBO COM TAMPA, ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO ESTERILIZAÇÃO. <b>NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</b>	UN	2000
44.	<b>SONDA URETRAL Nº 08</b> - TUBO EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL TRANSPARENTE E COM A SUPERFÍCIE RIGOROSAMENTE LISA, COM A PONTA ARREDONDADA FECHADA NO LADO PROXIMAL DO TUBO COM 1 ORIFÍCIO, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, CONECTOR PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL A SERINGAS NO DISTAL DO TUBO COM TAMPA, ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO ESTERILIZAÇÃO. <b>NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</b>	UN	4000
45.	<b>SONDA URETRAL Nº 10</b> - TUBO EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL TRANSPARENTE E COM A SUPERFÍCIE RIGOROSAMENTE LISA, COM A PONTA ARREDONDADA FECHADA NO LADO PROXIMAL DO TUBO COM 1 ORIFÍCIO, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, CONECTOR PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL A SERINGAS NO DISTAL DO TUBO COM TAMPA, ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO ESTERILIZAÇÃO. <b>NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</b>	UN	100000
46.	<b>SONDA URETRAL Nº 12</b> - TUBO EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL TRANSPARENTE E COM A SUPERFÍCIE RIGOROSAMENTE LISA, COM A PONTA ARREDONDADA FECHADA NO LADO PROXIMAL DO TUBO COM 1 ORIFÍCIO, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, CONECTOR PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL A SERINGAS NO DISTAL DO TUBO COM TAMPA, ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO ESTERILIZAÇÃO. <b>NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</b>	UN	100000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

47.	<b>SONDA URETRAL Nº 14</b> - TUBO EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL TRANSPARENTE E COM A SUPERFÍCIE RIGOROSAMENTE LISA, COM A PONTA ARREDONDADA FECHADA NO LADO PROXIMAL DO TUBO COM 1 ORIFÍCIO, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, CONECTOR PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL A SERINGAS NO DISTAL DO TUBO COM TAMPA, ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO ESTERILIZAÇÃO. <b>NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</b>	UN	2800
48.	<b>SONDA URETRAL Nº 16</b> - TUBO EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL TRANSPARENTE E COM A SUPERFÍCIE RIGOROSAMENTE LISA, COM A PONTA ARREDONDADA FECHADA NO LADO PROXIMAL DO TUBO COM 1 ORIFÍCIO, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, CONECTOR PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL A SERINGAS NO DISTAL DO TUBO COM TAMPA, ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO ESTERILIZAÇÃO. <b>NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</b>	UN	2000
49.	<b>SONDA URETRAL Nº 18</b> - TUBO EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL TRANSPARENTE E COM A SUPERFÍCIE RIGOROSAMENTE LISA, COM A PONTA ARREDONDADA FECHADA NO LADO PROXIMAL DO TUBO COM 1 ORIFÍCIO, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, CONECTOR PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL A SERINGAS NO DISTAL DO TUBO COM TAMPA, ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO ESTERILIZAÇÃO. <b>NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</b>	UN	8000
50.	<b>SONDA URETRAL Nº 20</b> - TUBO EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL TRANSPARENTE E COM A SUPERFÍCIE RIGOROSAMENTE LISA, COM A PONTA ARREDONDADA FECHADA NO LADO PROXIMAL DO TUBO COM 1 ORIFÍCIO, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, CONECTOR PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL A SERINGAS NO DISTAL DO TUBO COM TAMPA, ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO ESTERILIZAÇÃO. <b>NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</b>	UN	500

**1.2** O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme disposto no Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.

**1.3** Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

**1.4** A duração inicial da contratação que decorre deste documento terá o prazo de 12 meses contados da publicação do Contrato a ser firmado a partir da licitação no DOM





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

- Diário Oficial do Município conforme ditames do artigo 84 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

**1.5** O contrato/ata de registro de preço oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

## **2 - FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO**

**2.1** A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

## **3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO**

**3.1** A descrição da solução como um todo se encontra pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar.

## **4- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

### **4.1 Da Exigência de Catálogo ou Amostra**

**4.1.1** Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar **catálogo de fábrica dos itens**. Caso os catálogos não sejam suficientes para análise conclusiva acerca da aderência do objeto ofertado em relação ao requisitado, o Agente de Contratação ou Comissão de Contratação poderá solicitar a apresentação de amostra, que será analisada pelo corpo técnico da área demandante, sendo facultada a quaisquer interessados o acompanhamento da análise e de eventuais testes realizados pelo retro citado corpo técnico.

**4.1.2** É facultada prorrogação do prazo estabelecido para apresentação da amostra, a partir de solicitação fundamentada no chat pelo interessado, antes de findo o prazo.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**4.1.3** No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas, a proposta será recusada.

**4.1.4** Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade:

- a) As certificações/ registro solicitadas
- b) Cumprimento da especificação do objeto

**4.1.5** Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

**4.1.6** Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), será analisada a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes neste Termo de Referência.

**4.1.7** O(s) exemplar(es) colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

**4.1.8** Após a divulgação do resultado final do certame, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos fornecedores no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.

**4.1.9** Os interessados deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso na entrega.

## **4.2 SUBCONTRATAÇÃO**

**4.2.1** Não será permitida a subcontratação do objeto licitatório.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

### **4.3 GARANTIA DA CONTRATAÇÃO**

**4.3.1** Não haverá exigência de garantia da contratação nos termos dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

## **5- MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

### **5.1 Condições da Entrega**

**5.1.1** As entregas aconteceram de forma única em até 15 (quinze) dias úteis após emissão da ordem de fornecimento.

**5.1.2** Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

**5.1.3** Os itens deverão ser entregue no Almoxarifado de Central, situado endereço Av. VIII, nº 50, bairro Frimisa, neste município de Santa Luzia/MG, nos dias úteis (de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados), no horário de 08h00min às 12h00min e de 13:00 às 16h00min. Após a emissão da ordem de fornecimento a contratada terá 15 (quinze) dias úteis para entrega do item.

### **5.2 Garantia, Manutenção e Assistência Técnica**

**5.2.** A garantia dos produtos adquiridos por intermédio do Pregão decorrente deste Termo de Referência deverá ser de, no mínimo, 03 (três) meses, contra defeitos de fabricação, de acordo com CDC (Código de Defesa do Consumidor), contados da data de recebimento definitivo dos produtos pela Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia.

## **6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO**

**6.1.** O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**6.2.** Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

**6.3.** As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

**6.4.** O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

**6.5.** Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

**6.6.** A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

**6.7.** O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

**6.7.1.** O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

**6.7.2.** Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

**6.7.3.** O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV).

**6.7.4.** No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V).

**6.7.5.** O fiscal técnico do contrato, comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

**6.8.** O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

**6.8.1.** Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto Municipal nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

**6.9.** O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto Municipal nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

**6.9.1.** O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto Municipal nº 11.246, de 2022, art. 21, III).



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**6.9.2.** O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto Municipal nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

**6.9.3.** O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto Municipal nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

**6.9.4.** O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto Municipal nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

**6.10.** O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual. (Decreto Municipal nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

**6.11.** O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto Municipal nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

## **7- CRITÉRIOS DE PAGAMENTO**

### **7.1 Recebimento do Objeto**

**7.1.1** Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente,





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

**7.1.2.** Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

**7.1.3.** O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 15(quinze) dias corridos, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

**7.1.4.** Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 15 (quinze) dias úteis.

**7.1.5.** O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

**7.1.6.** No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertinente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

**7.1.7.** O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**7.1.8.** O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

## **7.2 Liquidação**

**7.2.1** Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) dias consecutivos para fins de liquidação, na forma desta seção, nos termos do artigo 9º, do Decreto Municipal 3.526, de 11 de Fevereiro de 2020.

**7.2.2** Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) o prazo de validade;
- b) a data da emissão;
- c) os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) o período respectivo de execução do contrato;
- e) o valor a pagar; e
- f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

**7.2.3** Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante.

**7.2.4.** A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

**7.2.5.** A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

- a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

**7.2.6.** Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

**7.2.7.** Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a se efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

**7.2.8.** Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

**7.2.9.** Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

### **7.3 Prazo de Pagamento**

**7.3.1.** O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior.

**7.3.2.** No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA-e de correção monetária.

**7.3.4.** O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

**7.3.5.** Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**7.3.6.** Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

**7.3.7.** Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

**7.3.8.** O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

**7.4 Índice de Reajuste Contratual**

**7.4.1.** Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

**7.4.2.** Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

**7.4.3.** No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

**7.4.4.** Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

**7.4.5.** Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**7.4.6.** Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

**7.4.7** O reajuste será realizado por apostilamento.

## **8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR**

### **8.1. Forma de Seleção e Critério de Julgamento da Proposta**

**8.1.1** O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR ITEM.

### **8.2 Exigências de habilitação**

**8.2.1** Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

### **8.3. Habilitação jurídica**

**8.3.1.** Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

**8.3.2.** Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

**8.3.3** Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

**8.3.4.** Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**8.3.5.** Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

**8.3.6.** Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

**8.3.7.** Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

**8.3.8.** Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

**9. Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista**

**9.1.** Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

**9.2.** Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

**9.3.** Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**9.4.** Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

**9.5.** Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital e Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

**9.6.** Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital e Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

**9.7.** Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital ou Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

**9.8.** O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

## **10 Qualificação Econômico-Financeira**

**10.1.** Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

**10.2.** Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor – (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

## **11. Qualificação Técnica**

### **11.1 Qualificação Técnico-Operacional**

**11.1.** Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitidos(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

**11.1.2.** Para fins da comprovação de qualificação técnica a licitante deverá apresentar, **para os materiais correspondentes aos itens de 001 a 050:**

**11.1.2.1** Autorização de funcionamento da empresa licitante, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, exigência do art. 2º da Lei Federal 6.360/76, art. 2º do Decreto Federal 79.094/77, art. 7º, inciso VI da Lei Federal 9.782/99 e Portaria Federal 2.814/98.

**11.1.2.2** Alvará Sanitário ou Licença Sanitária, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal da sede da licitante.

**11.2.3** Certificado de Registro do Produto no Ministério da Saúde e ou Ministério do Trabalho publicação no Diário Oficial, dentro do seu prazo de validade, ou a Certidão de Isenção de Registro.

**11.1.2.4** Em caso de produto dispensado da obrigatoriedade de registro, as empresas devem apresentar a comprovação da desnecessidade de registro de cada item licitado.

**11.1.3.** Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

**11.1.4.** O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

**11.1.5** Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

**11.1.6** A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971; 12.3.2 A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

**11.1.7** A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;

**11.1.8** O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

**11.1.9** A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato;

**11.1.10** Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa:

- a) ata de fundação;
- b) estatuto social com a ata da assembléia que o aprovou;
- c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembléia; d) editais de convocação das três últimas assembléias gerais extraordinárias;
- e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembléias gerais ou nas reuniões seccionais; e
- f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;

**11.1.11** A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

## **12 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**

**12.1** O custo estimado total da contratação é de R\$ 429.112,03 (quatrocentos e vinte e nove mil, cento e doze reais e três centavos) conforme custos unitários apostos em anexo.

**12.2** O custo estimado da contratação possui caráter sigiloso e será tornado público apenas e imediatamente após o julgamento das propostas.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**12.3** A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e sua alocação entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

**13. Adequação Orçamentária**

**13.1** As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município.

**13.2** A contratação será atendida pela seguinte dotação:

**MANUT. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SÃO BENEDITO**

02.033.005.10.302.2051.2165 3.3.90.30.00.00

Material de Consumo

FONTE: 1621 FICHA: 1298

**MANUT. DO HOSPITAL MUNICIPAL**

02.033.005. 10.302.2051.2166 3.3.90.30.00.00

Material de Consumo

FONTE: 1500 FICHA: 1326

**MANUT.AMPL.E FORT. ATENÇÃO PRIM. SUS**

02.033.003.10.301.2049.2162

3.3.90.30.00.00 Material de Consumo

FONTE: 1621 FICHA: 1082

**13.3** A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Santa Luzia, 12 de agosto de 2024.

**ADO ALESSANDRO**

**MARTINS:03390008640**

Assinado de forma digital por ADO  
ALESSANDRO MARTINS:03390008640  
Dados: 2024.08.13 15:18:43 -03'00'

**Ado Alessandro Martins**  
**Secretário Municipal de Saúde**  
**Santa Luzia- MG**